Especificaciones de Producto

MICROTEC CH

Indicadores biológicos para control de esterilización por calor húmedo

Catálogo: CT0980

Identidad del microorganismo:	*G. stearothermophilus*	ATCC 7953
Cuenta viable total (cinta 4 cm^2):	≥ 1.0 X 10^6	

Condiciones de almacenamiento: Conservar en refrigeración a una temperatura de < 5°C.