Especificaciones de Producto

MICROTEC CS

Indicadores biológicos para control de esterilización por calor seco.

Catálogo: CT0985

Identidad del microorganismo:	*Bacillus atrophaeus*	ATCC 9372
Cuenta viable total (cinta 4 cm^2):	≥ 1.0 X 10^6	

Condiciones de almacenamiento: Conservar en refrigeración a una temperatura de < 5°C.